

# “尊爵”醴化血色素分析試劑組

Premier Hb9210 Glycated hemoglobin assay

## 清洗液

衛部醫器輸字第 027200 號

限由醫師或醫檢師使用

**警語：僅供體外診斷使用**

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

型號 01-03-0098

940 mL

### 效能

本試劑僅可用於 Trinity Biotech Premier Hb9210 HbA1c 分析儀。未有其他可替代使用、註冊、清潔或授權的替代試劑。也不可將本試劑用於其他分析使用、註冊、清潔或進行授權。

Premier Hb9210 系統用於定量檢測人體微血管或靜脈血中醴化血色素 (HbA1c)。HbA1c 用於監測糖尿病患者的長期血糖控制情況。

僅供體外診斷使用。 **IVD**

### 測試概述和說明

HbA1c 一對血紅蛋白 A1c 進行評估有助於控制糖尿病。

試劑的性能已經過驗證，以確保測定血紅蛋白 A1c 過程中 Trinity Biotech 試驗和系統的準確性和精確度。

試劑屬於即用型產品。

### 儲存和穩定性

於室溫下儲存 (2 - 28°C)。不得冷凍。

若密封保存並避免極端的環境條件，試劑可在生產日期起兩年內保持穩定。

 EXP 產品保存期限見容器標籤。如超過保存效期，請勿使用。

### 注意事項

僅供體外診斷使用。避免與皮膚接觸。有關安全資訊，請參閱產品材料安全資料表 (MSDS)。此試劑用於與血液檢測設備配合使用，請確保在通用的預防措施安全程式前提下使用。

型號	項目	數量
01-03-0080	Premier Hb9210 清洗液	940 mL



製造廠



歐盟合格認證

EC REP

授權代理

REF

型號

LOT

批號

IVD

僅供體外診斷使用



保存期限



溫度限制



請參閱使用說明

修訂 A  
09/11

製造廠名稱: Trinity Biotech (Primus Corp dba Trinity Biotech)

製造廠地址: 4231 E. 75<sup>TH</sup> TERRACE KANSAS CITY, MO 64132 U.S.A

醫療器材商名稱: 佑康股份有限公司

醫療器材商地址: 台北市信義區忠孝東路五段 550 號 14 樓