

“尊爵”醣化血色素分析試劑組

Premier Hb9210 Glycated hemoglobin assay

製造廠名稱: Trinity Biotech (Primus Corp dba Trinity Biotech)
製造廠地址: 4231 E. 75TH TERRACE KANSAS CITY, MO 64132 U.S.A
醫療器材商名稱: 佑康股份有限公司
醫療器材商地址: 台北市信義區忠孝東路五段 550 號 14 樓

緩衝液 A

衛部醫器輸字第 027200 號

限由醫師或醫檢師使用

警語：僅供體外診斷使用

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

型號 01-03-0080 3.8L

效能

本試劑僅可用於 Trinity Biotech Premier Hb9210 HbA1c 分析儀。未有其他可替代使用、註冊、清潔或授權的替代試劑。也不可將本試劑用於其他分析使用、註冊、清潔或進行授權。

Premier Hb9210 系統用於定量檢測人體微血管或靜脈血中醣化血色素 (HbA1c)。HbA1c 用於監測糖尿病患者的長期血糖控制情況。

僅供體外診斷使用。 **IVD**


測試概述和說明

HbA1c—對血紅蛋白 A1c 進行評估有助於控制糖尿病。

試劑的性能已經過驗證，以確保測定血紅蛋白 A1c 過程中 Trinity Biotech 試驗和系統的準確性和精確度。

試劑屬於即用型產品。

儲存和穩定性

 於室溫下儲存 (2 - 28°C)。不得冷凍。

若密封保存並避免極端的環境條件，試劑可在生產日期起兩年內保持穩定。

 **EXP** 產品保存期限見容器標籤。如超過保存效期，請勿使用。

注意事項

僅供體外診斷使用。避免與皮膚接觸。有關安全資訊，請參閱產品材料安全資料表 (MSDS)。此試劑用於與血液檢測設備配合使用，請確保在通用的預防措施安全程式前提下使用。

型號	項目	數量
01-03-0080	Premier Hb9210 緩衝液 A	3.8L



製造廠



歐盟合格認證



授權代理



型號



批號



僅供體外診斷使用



保存期限



溫度限制



請參閱使用說明

修訂 A
09/11